

BLSD paziente adulto (incosciente, respiro compatibile con ACC)

NOMINATIVO: _____ **Assoc.** _____ **Data:** _____

Istruzioni ai soccorritori:
.....

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE (in neretto le indicazioni per l'allievo)		0	1	2
1. Valuta la scena	Scena sicura			
2. Chiama il paziente; Valuta presenza e qualità del respiro	NON risponde, NON respira (o respiro ANORMALE COMPATIBILE con ACC)			
3. Posiziona la persona supina; Inizia o fa iniziare le CTE	Individua il punto corretto di compressione ed esegue CTE fino a DAE pronto (conta ad alta voce)			
4. Chiede DAE Allerta o fa allertare la COEU/SOREU	Comunica ACC all'èquipe e alla COEU/SOREU			
5. Prepara il DAE e il torace	Scopre il torace quanto basta, rade e asciuga se necessario			
6. Accende il DAE e Applica gli elettrodi (non interrompendo CTE)	Accende il DAE applica gli elettrodi e consente l'analisi			
7. Allontana i presenti, garantisce sicurezza per tutti durante l'analisi del DAE e l'erogazione dello shock	Allontana i presenti e l'O₂, pronuncia la filastrocca durante l'analisi			
8. Eroga shock se consigliato	Eroga la scarica (appena consentito)			
9. Riprende (o fa riprendere) immediatamente CTE	Esegue CTE (valutare tecnica ed efficacia)			
10. Apre le vie aeree, ispeziona la cavità orale e posiziona la cannula orofaringea (opzionale)	Estende il capo, solleva il mento, rimuove eventuali corpi estranei evidenti			
11. Effettua 2 lente ventilazioni con pallone autoespansibile + reservoir collegati ad O ₂ ad alti flussi	Valutare correttezza della manovra (1 secondo per ognuna) ed efficacia (espansione del torace)			
12. Prosegue con RCP 30:2 efficace con O ₂ , fino alla successiva analisi del DAE	Ad ogni analisi interrompe RCP esegue il cambio per le CTE			
13. Riconosce e risolve i messaggi di allarme/malfunzione del DAE	Allerta la COEU/SOREU, continua con RCP e rimuove la causa se possibile			

Errori gravi	Valutazione	Punti	Istruttori
Interruzioni ingiustificate delle CTE	Insufficiente	< 19	Nominativo:
CTE o Ventilazioni inefficaci	Sufficiente	19-20	Firma:
Mancata sicurezza	Discreto	21-22	
Posizione placche inefficace	Buono	23-24	Nominativo:
Non gestisce malfunzione	Ottimo (capacità Leader)	25	Firma: