

**MODULO 77**  
**CORSO RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE OPERATORE LAICO**  
**VALUTAZIONE PRATICA**

**NOMINATIVO:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_\_

INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE		SI	NO
1. Valuta la scena	<i>"scena sicura" si può avvicinare</i>		
2. Chiama il paziente; valuta presenza e qualità del respiro	<b>NON risponde, NON respira (o respiro NON NORMALE)</b>		
3. Posiziona la persona supina; inizia le CTE	<i>Individua il punto corretto di compressione ed esegue CTE fino a DAE pronto (conta ad alta voce)</i>		
4. Chiede DAE; allerta o fa allertare il Sistema di Emergenza Sanitaria -118	<i>Fa comunicare l'assenza di coscienza e respiro e l' inizio della RCP al Sistema di Emergenza Sanitaria-118</i>		
5. Al termine delle 30 CTE, apre le vie aeree e ispezione visiva del cavo orale	<i>Estende il capo, solleva il mento, rimuove eventuali corpi estranei solo se evidenti</i>		
6. Effettua 2 lente ventilazioni bocca-bocca (o con ausili se disponibili)	<i>Esegue due ventilazioni di 1 secondo permettendo il sollevamento del torace</i>		
7. Prosegue con RCP 30:2 <b>efficace</b> , fino a disponibilità del DAE	<i>Comprime il torace di circa 5/6 cm. con una frequenza di 100-120/minuto</i>		
8. Appena disponibile il DAE, lo accende e prepara il torace della vittima	<i>Interrompe RCP appena DAE disponibile. Scopre il torace, asciuga e rade se necessario (se rasoio disponibile)</i>		
9. Applica gli elettrodi e consente l'analisi	<i>Applica correttamente gli elettrodi e consente l'analisi</i>		
10. Allontana i presenti, <b>garantisce sicurezza</b> per tutti durante l'analisi del DAE e l'erogazione dello shock	<i>Pronuncia la filastrocca di sicurezza durante l'analisi, la carica e subito prima dello shock</i>		
11. Eroga shock se consigliato	<i>Eroga la scarica appena consentito, in sicurezza</i>		
12. Riprende immediatamente le CTE	<i>Riprende immediatamente CTE. Ad ogni analisi interrompe RCP.</i>		
13. Riconosce e risolve i messaggi di allarme/malfunzione del DAE	<i>Fa allertare il Sistema di Emergenza Sanitaria segnalando il problema e riprende immediatamente la RCP.</i>		

Errori gravi	✓
Interruzioni ingiustificate delle CTE	
CTE inefficaci	
Mancata sicurezza	
Non riconosce il malfunzione DAE	
Non allerta tempestivamente il 118	

Istruttore
Nominativo:
Firma:

Valutazione:
IDONEO con 10 o più "SI"

